NITRILOVÉ


BEZPRAŠNÉ VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE

L

MODRÉ

100 KS

promedica



Informace pro uživatele
Ochranné rukavice proti nezvratným rizikům/kratogenní III

ISO 374-1 Typ B
KPT

Typ B permeace minimálně 3 chemikálie, třída 2 (**Schéma 1**)

ISO 374-5:2016
VIRUS

Ochranné rukavice, které chrání před viry, bakteriemi a houbami

Schéma 1			Doba průniku	Třída provedení pro permeaci
A methanol	G diethylamin	M kyselina dusičná 65%	>10 min	1
B aceton	H tetrahydrofuran	N kyselina octová 99%	>30 min	2
C acetonitril	I ethylacetát	O hydroxid amonný 25%	>60 min	3
D dichlormethan	J n-heptan	P peroxid vodíku 30%	>120 min	4
E sirouhlík	K hydroxid sodný 40%	S kyselina fluorovodíková 40%	>240 min	5
F toluen	L kyselina sírová 96%	T formaldehyd 37%	>480 min	6

Skladování/doba použitelnosti: Rukavice skladujte v původním obalu na chladném a suchém místě. Mějte na ně neprokladejte těžké předměty. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření. Na místě skladování nesmí být žádné zařízení, které vytvářejí ozón (laserové tiskárny, kopírky apod. nebo jiná tepelné zdroje) elektrické jiskření nebo výboje. Správné datum exspirace nelze uvést, protože závisí na odborných podmínkách při používání. V každém případě je nutné provést individuální posouzení rizik. Datum použitelnosti – platné při správném skladování – je uvedeno na obalu. **Použití a kontrolní** Vždy používejte ochranné rukavice pouze pro určené použití a ve správné velikosti. Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití. Doby průniku a úrovně postupnosti jsou založeny na laboratorních měřeních a jsou stanoveny ze vzorků z dlaně (s výjimkou případu, kdy je rukavice dlouhá 400 mm nebo delší – v tomto případě se testuje i manžeta) a vztahuje se pouze na testovaná chemická látky. Tyto informace neodrážejí skutečnou dobu ochrany na pracovišti a rozlišení mezi směsmi a čistými chemickými látkami. Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od zkoušky (typu v závislosti na teplotě, oděvu o degradaci. Pokud je byly ochranné rukavice použity, mohou v důsledku změn fyzikálních vlastností poskytovat menší odolnost vůči nebezpečným chemickým látkám. Tlaznost, zachycení, odě dégradace způsobená kontaktem s chemickou látkou otě. mohou významně zkrátit skutečnou dobu používání. U agresivních chemikálií může být degradace nejdůležitějším faktorem, který je třeba při výběru rukavic ochrných proti chemikáliím zohlednit. Před použitím je třeba rukavice vizuálně zkontrolovat, zda nemají nějaké vady nebo defekty. Ověřené proti průniku byly používány v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze na testovaný vzorek. Výsledky degradace podle normy ISO 374-4:2019 udávají změnu odolnosti rukavic proti propíchnutí po vystavení zkoušené chemické látce. Rukavice splňují ověřené požadavky podle normy EN ISO 21420:2020. Lékařské: Při kontaktu s chemickými látkami by měly být použity rukavice zátěžového v souladu s pokyny pro lékařské dané chemické látky a v souladu s pokyny místní společnosti pro likvidaci odpadu. Nepoužité rukavice lze likvidovat spalčné s domovním odpadem. **Dezinfekce:** Pro tyto rukavice není k dispozici žádná dezinfekce. Pokud ji přesto provedete, buďte to na vaše vlastní riziko.

Prohlášení o shodě: www.ampri.de/downloads

MD Zdravotnický prostředek



NITRILOVÉ

BEZPRAŠNÉ VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE

L

MODRÉ

100 KS

promedica

ZP (EU) 2017/745 třída I OOP (EU)2016/425 kategorie III

MD | CE 2797 | AQL 1.5 | ISO 374-1 Typ B KPT | | ISO 374-5:2016 VIRUS | | EN 455 | LATEX | | | | | Allergen IV

Posouzení podle modulu D provedl: BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Nizozemsko (oznámený subjekt č. 2797). EU vystavil: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irsko (oznámený subjekt č. 2777).

Provedení: zkouška podle EN 16523-1:2015 a EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Degradace – zkouška podle EN ISO 374-4:2019

Chemikálie	Třída provedení	Degradace v %
40% Hydroxid sodný (K)	6	2,8
10-13% Chlornan sodný	6	23,9
50% Kyselina sírová	6	-50,8
5% Ethidium bromid	6	-12,0
37% Formaldehyd (T)	3	24,5
50% Glutaraldehyd	6	4,5
0,1% Fenol	6	9,4
1,5% Metanol ve vodě	6	-12,3
30% Peroxid vodíku (P)	4	32,1

Tabulka velikostí				
XS 5-6	S 6-7	M 7-8	L 8-9	XL 9-10

REF 98-079-L

98079L05737407

Distributor:
PROMEDICA PRAHA GROUP, a. s., Novodvorská 1800/136, 142 00 Praha 4

AMPri Handelsgesellschaft mbH • Benzstraße 16 • 21423 Winsen (Luhe) • Německo • info@ampri.de

BATCH UDI

LOT

Made in Malaysia
MRB License Number: B/05/17852

98-079/0426

Dimension:
215 x 120 x 60 mm