



Notified Body 0321

SATRA Client : P1532

EC Type-Examination Certificate

Number 8212 Issue 1

Date first issued: 23/02/2016

This is to certify that the product group reference "PFL-001" comprising the following products:

Product Reference

PFL-001

Description

5 fingered latex powder-free examination gloves

Sizes M (8)

EN388:2003

Abrasion Resistance

Level

0

Blade cut resistance

0

Tear resistance

0

Puncture resistance

0

EN374-1:2003

Sulphuric Acid 96%

Level

1

Sodium hydroxide 40%

5

EN374-2:2014

Air Leak

X

Water Leak

Pass

Technical reports:

SATRA: SPC0236301/1527, SPC0236301/1527/EN

has been subject to an EC Type-examination in accordance with Article 10 of the PPE Directive (89/686/EEC) and has been shown to satisfy the relevant provisions of this Directive for the complex category through:

i Testing to the following standard: **EN420 :2003+A1: 2009; EN374-1: 2003(Excluding clause 5.3.2); EN388:2003**

ii Examination of the relevant technical documentation.

You are therefore licensed to mark the product(s) listed above in accordance with Article 13 of Directive (89/686/EEC) and any relevant amending Directives once you have drawn up an EC declaration of product conformity. Please note that:

1. Full details of the certification and product are contained in the manufacturer's technical file
2. This certificate is issued subject to the conditions on the reverse side of this certificate
3. CE Marking of production is also reliant on current compliance with Directive 89/686/EEC Article 11
4. Where a translation of this certificate exists, the English language version shall be considered as the authoritative text

Signed:

(Andrew Craggs)

Date 23/02/2016

Signed:

On behalf of SATRA

CONDITIONS AND NOTES

1. CARE AND PROTECTION OF CERTIFICATES

This certificate shall be kept together with the relevant technical files in a safe place by the client named on this certificate. Production of this certificate and other documentation may be required by a representative of the EC member state government (in the UK, this will be Trading Standards Department of Local Authorities) and these must be produced within the specified time.

2. EXPIRY OF CERTIFICATES

This certificate relates only to the condition of the testable items at the time of the certification procedure. This certificate will cover the product until such a time that any of these conditions are changed. The certificate therefore does not have an expiry date.

3. WITHDRAWAL OF CERTIFICATES

SATRA Technology Centre reserves the right to withdraw this certificate if it is found that a condition of manufacture, design, materials or packaging have been changed and therefore no longer comply with the requirements of the PPE directive.

4. LOSS OF CERTIFICATES

If you lose this certificate you can get a duplicate from SATRA Technology Centre for a minimal charge by quoting details such as the approximate date of issue and the product reference.

PPE Doc 13/14 Issue 1

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
Tel: +44 (0)1536 410000 Fax: +44 (0)1536 410626
email: info@satra.co.uk www.satra.co.uk

Notifikovaná osoba 0321

Klient společnosti SATRA: P1532

Certifikát ES přezkoušení typu**Číslo 8212 Vydání 1**

Datum prvního vydání: 23.02. 2016

Tímto se osvědčuje, že výroková skupina označená „PFL-001“, kterou tvoří následující výrobky:

Označení výrobku

PFL-001

Popis

Prstové latexové nepudrované vyšetřovací rukavice

Velikosti
M (8)**EN388:2003**

Odolnost vůči oděru
Odolnost proti řezu čepelí
Odolnost proti trhání
Odolnost proti propíchnutí

Úroveň

0
0
0
0

EN374-1:2003

Kyselina sírová 96%
Hydroxid sodný 40%

Úroveň

1
5

EN374-2:2003

Pronikání vzduchu
Pronikání vody

X

Zkouška úspěšná

Technické zprávy:

SATRA: SPC0236301/1527, SPC0236301/1527/EN

byla podrobena ES přezkoušení typu podle Článku 10 směrnice 89/686/EHS pro OOP a bylo prokázáno, že splňuje příslušná ustanovení této směrnice pro celou kategorii na základě:

i přezkoušení podle následující normy: **EN420: 2003+A1:2009; EN374-1:2003(kromě bodu 5.3.2); EN388:2003.**

ii přezkoumání příslušné technické dokumentace.

Jste proto oprávněni označovat výše uvedený výrobek / uvedené výrobky podle Článku 13 směrnice 89/686/EHS a veškerých příslušných pozměňujících směrnic, jakmile vyhotovíte pro výrobek ES prohlášení o shodě. Vezměte laskavě na vědomí, že:

1. Úplné informace o certifikaci a výrobku jsou uvedeny v technickém souboru výrobce.
2. Tento certifikát je vydán na základě podmínek uvedených na druhé straně tohoto certifikátu.
3. Označení CE výrobku rovněž závisí na aktuální shodě se směrnicí 89/686/EHS, Článek 11.
4. Tam, kde existuje překlad tohoto certifikátu, bude za směrodatné znění považována verze v anglickém jazyce.

Podpis: *nečitelné*

(Andrew Craggs)

Datum 23.02. 2016

Podpis: *nečitelné*

Jménem spol. SATRA

PODMÍNKY A POZNÁMKY

1. PÉČE O CERTIFIKÁTY A JEJICH ZABEZPEČENÍ

Klient uvedený na tomto certifikátu musí tento certifikát uchovávat společně s příslušnými technickými soubory na bezpečném místě. Zástupce vlády členského státu ES (ve Spoj. království je to oddělení Trading Standards Department místních úřadů) může požadovat předložení tohoto certifikátu a další dokumentace a ve stanovené lhůtě musejí být tyto dokumenty předloženy.

2. KONEC PLATNOSTI CERTIFIKÁTŮ

Tento certifikát se vztahuje pouze ke stavu testovaných předmětů v době provádění certifikace. Tento certifikát bude platit pro výrobek do té doby, než se kterýkoli daný stav změní. Certifikát tedy nemá stanovenou konkrétní dobu platnosti.

3. STAŽENÍ CERTIFIKÁTŮ

SATRA Technology Centre si vyhrazuje právo stáhnout tento certifikát, pokud se zjistí, že se změnily podmínky výroby, návrhu, materiálů nebo balení, a tudíž již nejsou v souladu s požadavky směrnice o OOP.

4. ZTRÁTA CERTIFIKÁTU

Pokud tento certifikát ztratíte, můžete od SATRA Technology Centre dostat duplikát za minimální poplatek, když uvedete potřebné údaje jako např. přibližné datum vydání a označení výrobku.

OOP Doc 13/14 Vydání 1

Tlumočnická doložka

Jako tlumočnice jazyka českého a anglického ustanovená dekretem Krajského soudu v Praze ze dne 15. listopadu 1991, č.j. Spr. 698/91 stvrzuji, že mnou provedený překlad souhlasí s textem připojené listiny. Tlumočnický úkon je zapsán v deníku pod poř. č. 3412 dne 9. 5. 2016.

Translator's Clause:

As a court translator to English appointed by the decision of the Regional Court in Prague on November 15, 1991, file. No. Spr. 698/91, I hereby certify that my translation corresponds with the original document. The translation is recorded in the translator's book of records under No. on , 2016.

Mgr. Alena Tykhalová

Tlumočnice / Translator



